



תאריך: 09.01.2017

לכבוד:

משתתפי המכרז

הנדון: שאלות הבהרה למכרז מס' 14/2016 לאספקת הליום נוזלי למחלקות עבור

אוניברסיטת תל אביב

1. בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב, להלן מפורטות שאלות הבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות במכרז שבנדון:

מס'ד	עמ'	סעיף	נוסח קיים	פרוט שאלה	תשובה
1.			כללי	נבקש לקבל מפרט למיכלי הלקוח.	במסגרת מכרז זה לאוניברסיטה אין תרמוסים בבעלותה ללקיחה ע"י המציע הזוכה למילוי, אלא המציע הזוכה יספק תרמוסים מלאים שהינם שלו ולאחר השימוש יאסוף אותם בתיאום מראש עם המעבדה הכללית כמפורט בסעיף 4.1 למסמכי המכרז.
2.			כללי	האם נוכל להשתמש בתרמוס של הלקוח במקרה של היעדר תרמוס מתאים במלאי	לא. ראה תשובה לשאלה מס' 1 לעיל.
3.			כללי	במקרה של היעדר תרמוס מתאים במלאי, האם נוכל למלא 50 ליטר בתרמוס של 100 ליטר למשל?	כן. וזאת רק במקרה ואין ברירה.
4.			כללי	נבקש להוסיף סעיף כח עליון הפוטר את הצדדים קיום החיובים על פי החוזה אם הדבר אינו מתאפשר בשל נסיבות שאינן בשליטתם.	יתווסף סעיף 12.5 לנספח ט' הסכם ההתקשרות: 12.5 "הצדדים לא יהיו אחראים לקיום חיוב מחויביהם, מקום בו בשל כח עליון, הנובע מאירוע שצד לא יכול היה לצפותו מראש וגם לא יכול היה למנעו, נמנע מהם לקיים את החיוב".

מס"ד	עמ'	סעיף	נוסח קיים	פרוט שאלה	תשובה
.5	6	6.11	תנאי סף מקצועיים	כל האישורים מקבלים תוקף לפי הנושא הרלוונטי, למשל היתר רעלים בתוקף לשנה, כני"ל לגבי אישורי ISO ואחרים. בכל פעם שתוקף האישור יפוג, ניתן לספק אישור חדש עם תוקף חדש. כני"ל מצוין בסעיף 15.1 בעמוד 12. כוונתכם כנראה הייתה שבמשך ההתקשרות בידי הספק יהיו אישורים בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.	נכון.
.6	13	16.3.3	ניתוח הצעת מחיר	נבקש הבהרה האם מדובר בתרמוסים של הלקוח או תרמוסים של המציע הזוכה.	מדובר בתרמוסים של המציע הזוכה. בנוסף, ראה תשובה לשאלה מס' 1 לעיל.
.7	21	1.2	נספח א'- מפרט שירות	1. מהי כמות הדיוארים (תרמוסים) הכללית באוניברסיטה 2. כמה נקודות חלוקה ברחבי האוניברסיטה? 3. האם מדובר בדיוארים של הלקוח שייאספו למילוי או דיוארים של הספק שיסופקו בתמורה לדיוארים של הלקוח? או לחילופין, הספק מספק הליום בדיוארים שלו, מחכה שהלקוח ירוקן אותם ומגיע לאסוף אותם בגמר השימוש?	1. ראה תשובה לשאלה מס' 1 לעיל. 2. אספקת התרמוסים תדרש לכ – 7 נק' חלוקה בקמפוס. (מדובר בהערכה בלבד ומס' נק' החלוקה עשויה לגדול או לקטון במועד ביצוע השירות). 3. ראה תשובה לשאלה מס' 1 לעיל.
.8	21	1.2	נספח א'- מפרט שירות	אספקת הליום בדיוארים של הספק – האם הספק ימתין שהלקוח ירוקן אותם ואח"כ נדרש לאסוף אותם, מה משך הזמן שהדיוארים יהיו אצל הלקוח בממוצע מניסיון העבר שלכם?	אין צורך להמתין. אופן השימוש והניצול של כל תרמוס באוניברסיטה משתנה אצל כל לקוח בקמפוס. עניין זה תלוי בגודל התרמוס וכן בצרכים הספציפיים של כל לקוח בקמפוס בשימוש בהליום הנוזלי לצורך עבודתו השוטפת. עם זאת, ניתן להעריך כי השימוש הממוצע בתרמוס הליום נוזלי הינו כשבועיים.

מס"ד	עמ'	סעיף	נוסח קיים	פרוט שאלה	תשובה
.9	23	9.1	נספח א'- מפרט שירות: עמידה בתקנות	אין סעיף 7.5 שמפרט את הבדיקה התקופתית הנדרשת לתרמוסים כנ"ל בסעיף 17.1 בעמ' 28.	מדובר בטעות סופר. הכוונה לסעיף 9.5 להלן. בסעיף 9.1 לנספח א' – המילים "בסעיף 9.5 להלן" יחליפו את המילים "בסעיף 7.5 להלן".
.10	23	10.1	נספח א'- מפרט שירות: הזמנות.	כמה אתרי אספקה יש ברחבי האוניברסיטה?	ראה תשובה לשאלה מס' 7 לעיל.
.11	23	10.1	נספח א'- מפרט שירות: הזמנות.	האם האספקה לאב הבית/אזור מרכז בכניסה לבניין או לחוקר ישירות? האם ישירות למעבדה?	בהתאם לאמור בסעיף 1.6.1 שבנספח א' (מפרט השירות) למסמכי המכרז האספקה הנדרשת הינה ישירות למעבדה ובתיאום מראש עם הדורש. יתכנו מקרים בהם הדורש יבקש את האספקה עד לפתח המעבדה או הבניין בלבד, הכל בהתאם להחלטת הלקוח באוניברסיטה.
.12	24	12	נספח א'- מפרט שירות: מלאי ביטחון אצל הספק	מלאי סביר של 10,000 ליטר כאשר הצריכה השנתית המשוערת הינה 4,000 - זה לא הגיוני, נבקש הבהרה.	סעיף 12 לנספח א' (מפרט השירות) מעודכן באופן הבא – "מעבר לאספקה מתואמת מראש, כמוזכר בסעיף 9.1 לעיל, מתחייב המציע הזוכה להחזיק מלאי סביר של 2,500 (אלפיים חמש מאות) ליטרים של הליום נוזלי, על מנת שיוכל למלא אחר הדרישות של האוניברסיטה".
.13	24	13.3	נספח א'- מפרט שירות: ביצוע האספקה.	אין מד כמות על דיוארים (תרמוסים) בנפחים אלה, הכמות שמולאה נמדדת באמצעות שקילה של הדיואר לאחר המילוי באתר הספק. המאזניים עוברים כיול ע"י מעבדה מאושרת של מכון התקנים הישראלי.	המילים "תתבצע במעבדה בדיקה ויזואלית של המד (המראה מה כמות בליטרים) בתרמוס" שבסעיף 13.3 לנספח א' (מפרט השירות) יוחלפו במילים "תתבצע במעבדה בדיקת נפח ידנית של התרמוס".

מס"ד	עמ'	סעיף	נוסח קיים	פרוט שאלה	תשובה
.14	49	6	נספח ט'- הסכם התקשרות: הגשת חשבונית.	לא ניתן להגיש כך חשבוניות, נוכל להגיש חשבונית מרכז הכוללת את כל האספקות שבוצעות לאוניברסיטה באותו חודש, בצירוף תעודות המשלוח החתומות.	אין שינוי במסמכי המכרז
.15	49	7.1	נספח ט'- הסכם התקשרות: הצמדה ועדכון מחירים.	הליום הינו מוצר נלווה למכרות נפט, ונסחר בעולם לפי מדד BLM ונתון לשינויים במחיר. נבקש הצמדה למחירי הספק בחו"ל בכפוף להצגת מכתב רשמי לעליית מחירים מהספק.	אין שינוי במסמכי המכרז
.16	52	11.2	נספח ט'- הסכם התקשרות: איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה.	הוראות הסעיף האוסרות שירותי הובלה ע"י קבלני משנה ללא הסכמה בכתב, ומראש סותרות את הוראות ס' 16 למפרט השירות לפיו שירותי ההובלה יכולים להתבצע ע"י קבלני משנה. בנוסף, נבקש למחוק את המילים "לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, וללא צורך לנמק את החלטתו" ולהחליף ב"מטעמים סבירים בלבד שיפורטו בהודעה כתובה לספק".	סעיפים 11.1 ו- 11.2 להסכם ההתקשרות יימחקו ויתוקנו באופן הבא: 11.1 "הספק רשאי להסתייע בקבלן משנה לצורך הובלה בלבד של הליום נוזלי בתרמוסים ייעודיים בהתאם לאמור בסעיף 16 לנספח א' – מפרט ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 11.2 האחריות לביצוע כלל המחויבויות על פי הסכם זה, ובכלל זה – ההובלה לשטח אוניברסיטה על פי הוראות הדין וההסכם – תהא על הספק לבדו".
.17	52	12.3	נספח ט'- הסכם התקשרות: אחריות.	נבקש בתחילת הפסקה להחליף "אחריות מלאה" ב"אחריות על פי דין".	אין שינוי במסמכי המכרז

מס"ד	עמ'	סעיף	נוסח קיים	פרוט שאלה	תשובה
18.	52	12.4	נספח ט'- הסכם התקשרות: אחריות.	נבקש בסוף הפסקה להוסיף "חובת השיפוי ע"י הספק כאמור תהא כפופה לתנאים המצטברים הבאים: (1) האוניברסיטה תודיע לספק עם היוודע לה דבר התביעה או הדרישה, בצירוף המסמכים והמידע שבידה בעניין זה; (2) הספק ינהל את ההגנה, תוך קבלת סיוע מהאוניברסיטה, ככל שידרש באופן סביר בהתאם לשיקול דעתה; (3) האוניברסיטה לא תגיע לכל הסדר פשרה בדרישה או תביעה כאמור, ללא אישור מראש ובכתב של הספק ואם לא יינתן אישור כזה – הספק ינמק בכתב את הסיבות לכך; (4) השיפוי יהיה כנגד פסק דין סופי שאין עליו צו עיכוב ביצוע.	בסוף סעיף 12.4 תתווסף הפסקה הבאה: "חובת השיפוי ע"י הספק כאמור תהא כפופה לתנאים המצטברים הבאים: (1) האוניברסיטה תודיע לספק עם היוודע לה דבר התביעה או הדרישה, בצירוף המסמכים והמידע שבידה בעניין זה; (2) הספק ינהל את ההגנה, תוך קבלת סיוע מהאוניברסיטה, ככל שידרש באופן סביר בהתאם לשיקול דעתה; (3) האוניברסיטה לא תגיע לכל הסדר פשרה בדרישה או תביעה כאמור, ללא אישור מראש ובכתב של הספק ואם לא יינתן אישור כזה – הספק ינמק בכתב את הסיבות לכך; (4) השיפוי יהיה כנגד פסק דין סופי שאין עליו צו עיכוב ביצוע."
19.	54	16	נספח ט'- הסכם התקשרות: ערבות לקיום ההסכם.	נבקש בסוף הפסקה האחרונה להוסיף "ובלבד שזכויות וחובות החברה על פי ההסכם לא ישתנו".	מקובל. בסוף סעיף 16 להסכם ההתקשרות יתווסף: "ובלבד שזכויות וחובות הספק על פי ההסכם לא ישתנו". תיקון טעות סופר: בסעיף 16 כל מקום בו מופיעה המילה "החברה", צריך להיות: "הספק".

2. אין שינוי ביתר פרטי המכרז, המועד אחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום **23.01.17 עד**

השעה 12:00.

3. יש לצרף מכתב זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז, כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי

המציע, וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

בברכה,

הרצל הדר
מזכיר ועדת המכרזים

העתק:
חברי ועדת המכרזים
משה איטח – אחראי צוות מכרזים